

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con una Alerta asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	PHYT REAGENT
NO. IDENTIFICACIÓN	ARD-021216
CATEGORIA	II
AREA	TOXICO-FARMACOLOGIA
LOTES DEL REACTIVO	8298671.
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2006RD-0000206.
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	DETERMINACIÓN DE LOS ANALITOS RELACIONADOS CON MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO.
NOMBRE DEL FABRICANTE	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS, INC. Nombre importador: JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	NOTIFICACIÓN DE CORRECCIÓN DE PRODUCTO URGENTE. Aumento en los Códigos de Condición de Error de Lavado (VVash Error — WE) al usar el producto VITROS® PHYT.
FUENTE	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA.
FECHA DE NOTIFICACION	13/12/2016

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co.