



Guía rápida de uso

*Página de Consulta de
Productos INVIMA*

2025



Elaborado por:

Luisa Fernanda Aguilar Moreno

Pasante del Grupo de Registros Sanitarios

Estudiante de ingeniería biomédica de la Universidad Manuela Beltrán

Colaboradores:

Doris Yolima Gómez Parada

Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías

Ingeniera Química

Yenny Paola Sánchez Obando

Coordinadora del Grupo de Registro Sanitario

Ingeniera Biomédica

Claudia Milena Díaz Triana

Técnico Administrativo

Luis Armando Monroy Rodríguez

Profesional Especializado

Yerly Tatiana Díaz Gómez

Profesional universitario

Ingeniera Biomédica

Mabel Constanza Barbosa Romero

Profesional especializado

Ingeniera Química

Y todo el Grupo de Registros Sanitarios - DDMOT

CONTENIDO

<u>Nosotros como INVIMA</u>	4
-----------------------------	---

PRÓPOSITO DE LA PÁGINA DE CONSULTA DE PRODUCTOS

<u>Objetivo principal</u>	5
<u>¿Cuáles fueron los cambios realizados?</u>	5

FUNCIONAMIENTO DE LA PÁGINA

<u>Acceso a la página de consulta por la página del INVIMA</u>	6
<u>Partes de la página y funciones</u>	11
<u>Video de ejemplo</u>	13



IMPORTANTE:

Identifica este símbolo  debido a que indica un punto clave a tener en cuenta.

NOSOTROS COMO INVIMA

¿Qué es el INVIMA?

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) fue creado en Colombia en 1993 con la Ley 100, como parte de la reforma del sistema de salud. Su estructura se definió con el Decreto 1290 de 1994, comenzando operaciones en 1995 para garantizar la seguridad de medicamentos y alimentos de consumo humano. A lo largo de los años, ha tenido que adaptarse a cambios legales, como la Ley 1122 de 2007, que fortaleció su papel en la inspección y control. También ha respondido a crisis sociales, destacándose durante la pandemia de COVID-19.

¿Cómo funciona?

Hoy el Invima funciona con seis direcciones técnicas, Dirección de medicamentos y productos Biológicos, Dirección de Alimentos y Bebidas, Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica, Dirección de Operaciones Sanitarias, Dirección de Responsabilidad Sanitaria.

Nuestra dirección

Nuestra Dirección La Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA es responsable de la inspección, vigilancia y control de los dispositivos médicos y demás tecnologías utilizadas en la atención en salud. Adelanta los procesos relacionados con el otorgamiento de registros sanitarios, permisos de comercialización, certificaciones y notificaciones, conforme a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005.

PRÓPOSITO DE LA PÁGINA DE CONSULTA DE PRODUCTOS

Objetivo principal

El objetivo de la guía rápida es documentar explicar el uso de la página de consulta de productos ubicado en la página institucional del INVIMA. Este página optimiza la consulta de productos que requieren o no registro sanitario como dispositivos médicos, basándose en los Certificados de No Obligatoriedad y los conceptos de la Dirección de Dispositivos Médicos. Mejorando la visibilidad de la información de los productos.

¿Cuáles fueron los cambios realizados?

- Se reemplazo la plantilla Excel que contiene la información de los Certificados de No Obligatoriedad y los Conceptos de Sala Especializada por una herramienta web accesible y con mayor usabilidad en la consulta de productos.

Antes:

[illegible]

Figura 1. Base de datos de certificados de no obligatoriedad general.

Después:











[Inicio](#)
[Transparencia y acceso a la información pública](#)
[Productos Vigilados](#)
[Atención al Ciudadano](#)
[Participo](#)
[El Instituto](#)
[Trámites y servicios](#)
[Normatividad](#)

Consulta de productos INVIMA

Base de Datos General de Certificados de No Obligatoriedad INVIMA

Se encontraron 7292 productos

FUENTES DE COBALTO

Código: 10020443
Marca: NO APLICA
Categoría:

Data Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in Vitro

Acta: 3
Número de Acta: 2.2
Año: 2010
Solicitante: SUBDIRECCION DE REGISTROS SANTARIOS
Fuente: sala_especializada

[Reservar Registro](#)

[Ver detalles](#)

Óxido de etileno y las mezclas produci...

Código: 10023049
Marca: NO APLICA
Categoría:

Data Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in Vitro

Acta: 5
Número de Acta: 3.5
Año: 2010
Solicitante: NELSON FORERO ULDA
Fuente: sala_especializada

[Reservar Registro](#)

[Ver detalles](#)

Equipo Analizador Genético Series

Código: 10031119
Marca: Applied Biosystems
Categoría:

Data Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in Vitro

Acta: 6
Número de Acta: 3.2
Año: 2010
Solicitante: MARIO F. MARRION BERRIOCAL
Fuente: sala_especializada

[Reservar Registro](#)

[Ver detalles](#)

Figura 2. Página de Consulta de productos INVIMA.

FUNCIONAMIENTO DE LA PÁGINA

Acceso a la página de consulta por la página del INVIMA

Para acceder a la página de consulta de productos INVIMA, es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la página principal del Invima por medio del siguiente enlace <https://www.invima.gov.co/> o haciendo **clíc aquí.**
2. Navegar la página e identificar la sección titulada “Productos vigilados”.



Figura 3. Sección de “Productos Vigilados” en la página del INVIMA.

3. En el espacio morado oscuro de “Dispositivos Médicos”, oprimir el botón azul de “Consultar clasificación y requisitos”.



Figura 4. Espacio de “Dispositivos Médicos”.

4. Al oprimir el botón anterior, se va a direccionar a la página de “Dispositivos Médicos”. También puedes acceder por el siguiente enlace <https://www.invima.gov.co/productos-vigilados/dispositivos-medicos> o haciendo **clic aquí.**



Figura 5. Página de “Dispositivos Médicos”.

5. Navegar por la página e identificar la sección titulada “Categorías de Productos”.




Figura 6. Sección de “Categorías de Productos”.

5. Ubicar la categoría de “Base de Datos DDMYOT” y oprimir el botón de explorar..



Figura 7. Categoría de “Base de Datos DDMYOT”.

6. Al oprimir el botón anterior, se va a direccionar a la página de “Base de datos DDMYOT”. También puedes acceder por el siguiente enlace <https://www.invima.gov.co/productos-vigilados/dispositivos-medicos/base-datos-ddmyot> o haciendo **clic aquí.**




Figura 8. Página de “Base de datos DDMYOT”.

7. Navegar por la página e identificar los 4 botones, correspondientes a la siguiente imagen y oprimir el botón de “Registros sanitarios”.



Figura 9. Los 4 botones de la página de “Base de datos DDMYOT”

8. Al seleccionar el botón anterior, se van a desplegar las siguientes opciones:



Figura 10. Opciones del botón de “Registros sanitarios”.

9. De las 2 opciones habilitadas, seleccionar “Bases de datos de Certificados de No Obligatoriedad” y oprimir en la frase azul “Base de datos de Certificados de No Obligatoriedad”, ubicada al finalizar el texto.



Figura 11. Opciones del botón de “Registros sanitarios”.

10. Al seleccionar esta frase, se va a direccionar a la “Página de Consulta de Productos INVIMA”. También puedes acceder por el siguiente enlace <https://www.invima.gov.co/invima/products> o haciendo **clik aquí**.




Figura 11. Página de "Consulta de Productos INVIMA".

Partes de la página y funciones

Figura 3. Página de Consulta de productos INVIMA.

Consulta de productos INVIMA
Base de Datos General de Certificados de No Obligatoriedad INVIMA

Buscar por nombre o código

Se encontraron 7292 productos

FUENTES DE COBALTO
Código: 10009443
Marca: NO APLICA
Categoría: Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro
Acta: 3
Número de Acta: 2.2
Año: 2010
Solicitante: SUBDIRECCION DE REGISTROS SANITARIOS
Fuente: sala_especializada
Requiere Registro
Ver detalles

Óxido de etileno y las mezclas produci...
Código: 10023049
Marca: NO APLICA
Categoría: Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro
Acta: 5
Número de Acta: 3.5
Año: 2010
Solicitante: NELSON FORERO ULLOA
Fuente: sala_especializada
Requiere Registro
Ver detalles

Equipo Analizador Genético Series
Código: 10031119
Marca: Applied Biosystems
Categoría: Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro
Acta: 6
Número de Acta: 3.2
Año: 2010
Solicitante: MARIO F. MARINO BERROCAL
Fuente: sala_especializada
Requiere Registro
Ver detalles

1 Barra de búsqueda

2 Selección de filtros

3 Información del producto

Parte	¿Cómo usar?
Barra de búsqueda	Este espacio esta destinado para la búsqueda del producto de forma más rápida. Se puede buscar por nombre del producto, radicado, marca, uso, año, acta, clasificación, concepto y solicitante. Su uso corresponde en escribir el producto, como por ejemplo, una jeringa y oprimir la tecla ENTER o el botón azul con la lupa.
Selección de filtros	Para activar los filtros abrir la pestaña en el numero 2 y seleccionar sobre el filtro deseado. Los filtros que se manejan son 2: - Requiere registro: Mostrando solamente los productos que si requiere registro sanitario y así determinar la cantidad y los productos existentes. - Sin requiere: Muestra solo los productos que no requieren registro sanitario y determinar la cantidad de productos y la información necesaria.
Información del producto	Permite visualizar datos del producto como el nombre del producto, radicado, marca, categoría, acta, número de acta, año, solicitante y fuente. Estos datos permiten hacer un diagnóstico rápido sobre si el producto encontrado corresponden al que se esta buscando o identificar el producto que cuente con mayor parecido.

[20191186266] EXTRACTOR DE LECHE
Código: 20191186266
[No Requiere Registro](#)

Información Básica

Código o Radicado: 20191186266
Trámite del producto: CERTIFICACION SIN R.S.
Grupo del trámite: MEDICO QUIRURGICOS
Acta: N/A
Número del Acta: N/A

Fechas Relevantes

Fecha del Documento: 2019-10-11
Año: N/A
Última Actualización: 2025-10-14 19:42:41

Identificación del Producto

Nombre del Producto: [20191186266] EXTRACTOR DE LECHE
Marca: MEDLINE
Requiere Registro Sanitario: No

Propiedades del Producto

Uso: Dispositivo manual o eléctrico que se usa para extraer leche del seno, generalmente para recolectar y alimentar a un bebé.
Presentación Comercial: Manual, eléctricos, kit eléctricos.
Referencias o Modelos: MDS67060, MDS67070, MDS67186*

Información Regulatoria

Concepto: El producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano", por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Cabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios hoy llamada Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del Invima, mediante el Acto No. 4 del 2014, numeral 3.2, conceptúa que el producto "SUCCIONADOR DE LECHE MATERNA" NO es considerado dispositivo médico.

Observaciones: Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del Invima.

Clasificaciones: No requiere por no ser considerado dispositivo médico de uso humano

Fuente: certificado_no_obligatoriedad

Solicitante: N/A

Enlace: N/A

[Volver al Listado](#)

Figura 3 Formulario con el contenido de la información del producto.

4

Formulario con la información del producto

5

Botón de volver al listado

Parte

¿Cómo usar?


Formulario con la información del producto

Al identificar el producto que se está buscando, oprimir sobre el permitiendo dirigir a la pestaña del formulario que contiene la información organizada del producto.

Botón de volver al listado

Oprimir sobre el botón para llevar nuevamente a la pantalla inicial de la página de consultas y realizar otra consulta de ser necesario.

Video de ejemplo



Para acceder al video de acceso a la página de consulta de productos INVIMA, puedes acceder por el siguiente enlace: https://www.canva.com/design/DAG6sgwJbLs/QBCuAQ21ROTMgmzJq0yt9w/edit?utm_content=DAG6sgwJbLs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton o haciendo **clic aquí.** 

